

ジョブスト コンプリ2

— 2層バンデージキット —

巻き方ガイド



ジョブスト コンプリ2は、パディング包帯とショートストレッチバンデージをキット化した2層バンデージキットです。

第1層はパディング包帯で、均一な圧迫と皮膚の保護に役立ちます。包帯を滑りにくくするため、片面をポリウレタンコーティングしています。

第2層は自着性のショートストレッチバンデージで、圧迫をするために使用します。印刷された楕円形のインジケーターが真円になるように伸展させることで、常に同じ強さで巻くことができます。


足首の周径によって2品種(18~25cm用・25~32cm用)を用意してありますので、適切なサイズをお選びください。簡易メジャーを同封しておりますので、足首周径の目安にご使用下さい。正確な計測が必要な場合は、別途正確なメジャー等をご使用下さい。



パディング包帯

1. パディング包帯を巻く

①



足首を90度の角度に保持し、つま先の基底部から巻き始める。

②




踵部分の半分をカバーするように、足の周囲を巻いていく。

③



踵部分とアキレス腱を巻く。

④




踵部分を完全にカバーする。

⑤



膝下まで重ねながら巻いていく。

⑥




パディング包帯と脚に隙間が生じないように、脚の形にフィットさせながら優しく巻く。

⑦



膝下まで巻き終えたら、余ったパディング包帯を切り取り、端部を軽く押さえる。
(足の突出部分に追加の保護が必要な場合は、余ったパディング包帯をご使用下さい。)

⑧



完了。
「2. ショートストレッチバンデージを巻く」へ→


裏面へ続く→

「2. ショートストレッチバンデージを巻く」




ショートストレッチバンデージ


2. ショートストレッチバンデージを巻く




バンデージにはインジケーターが印刷されており、楕円形を真円になるように伸展させることで、常に同じ強さで巻くことができます。





つま先の基底部から巻き始める。



踵部分の半分をカバーするように、足の周囲を巻いていく。





「1.パディング包帯を巻く」の③と④にならって、踵部分を完全にカバーする。
その時、パディング包帯と同様に、足首を90度の角度に保持して下さい。



バンデージが半分程度重なるように、同じ力で伸ばしながら膝下まで巻いていく。



その際、目安としてインジケーターの下半分が見えるように巻いていく。



膝下まで巻き終わったら、余ったバンデージは切り取り、端部を軽く押さえて全体がしっかり巻かれている事を確認する。
完了。

【使用上のご注意】

- ご使用に際しては、医師や看護師のご指導のもとで、注意事項をよくご理解の上ご使用下さい。
- 重要な注意事項
 - 重度の血行障害、うっ血性心不全及び、有痛性青股腫及び感染性静脈炎の方は、絶対に使用しないで下さい。（症状を悪化させる恐れがあります）
 - 次の方は、ご使用前に必ず医師にご相談下さい。
 - － 深部静脈血栓症の方で、本品を装着すると肺血栓塞栓症を起こすおそれのある方
 - － 動脈血行障害、うっ血性心不全及び装着部位に炎症性疾患、化膿性疾患、創傷のある方
 - － 装着部位に神経障害のある方
 - － 糖尿病患者の方
 - － 繊維に対して過敏症のある方
 - ・素材：ポリエステル、ポリウレタン、綿、合成ゴム（ラテックスフリー）
 - ・発赤やかゆみ等、皮膚に異常が発生した場合は、医師にご相談下さい。
 - ・過度に強く伸ばして巻かないで下さい。血行障害や神経障害を起こす恐れがあります。
 - ・もし、痛みが生じたり、つま先が冷たくなったり又はしびれたりした場合は、すぐバンデージを外し、医師にご相談下さい。